myLoop
powered by CamAPS | FX

Die CamAPS FX App auf Ihrem iPhone
iOS-spezifische Informationen und Anleitungen

Das automatisierte Insulinabgabe-System (AID) myLoop, bestehend aus der CamAPS FX App, der YpsoPump Insulinpumpe und einem Sensor zur kontinuierlichen Glukosemessung (CGM) nach Wahl, ist **seit Mai 2025 auch für das iPhone verfügbar!** myLoop steht Ihnen in Kombination mit den CGM-Sensoren FreeStyle Libre 3, FreeStyle Libre 3 Plus und Dexcom G7 zur Verfügung.

So laden Sie die iOS-Version der CamAPS FX App herunter

Laden Sie die CamAPS FX App (mg/dL oder mmol/L) aus dem Apple App Store auf Ihr iPhone herunter. Verwenden Sie die QR-Codes, um die App direkt herunterzuladen. Es wird empfohlen, automatische Updates im Apple App Store zu deaktivieren, damit die CamAPS FX App jederzeit reibungslos funktioniert.

mg/dL

mmol/L

Hinweis zur Kompatibilität

Bitte stellen Sie sicher, dass Ihr Smartphone den Mindestbetriebssystemanforderungen der CamAPS FX App entspricht UND mit dem gewünschten CGM Sensor kompatibel ist.

- Die Mindestbetriebssystemanforderungen der CamAPS FX App finden Sie unter https://camdiab.com/de/faq
- Smartphones, die mit dem FreeStyle Libre 3 / FreeStyle Libre 3 Plus kompatibel sind: www.diabetescare.abbott/support/manuals/de.html (Leitfaden "Mobile Device & OS Compatibility").
- Smartphones, die mit dem Dexcom G7 CGM-System kompatibel sind: www.dexcom.com/de-DE/compatibility/g7.

So wechseln Sie zwischen Android und iOS

Wenn Sie von der Android-Version der CamAPS FX App zur iOS-Version (oder umgekehrt) wechseln möchten, beachten Sie bitte Folgendes:

Planen Sie Ihren Wechsel sorgfältig

Planen Sie Ihren Wechsel sorgfältig, um sicherzustellen, dass alle wichtigen Informationen gesichert sind, der Übergang so reibungslos wie möglich verläuft und Ihre Therapie nicht unterbrochen wird. Es wird empfohlen, den Wechsel gemeinsam mit Ihrem Diabetes-Betreuungsteam vorzunehmen. Wenn Sie Fragen haben oder Unterstützung benötigen, können Sie sich gerne jederzeit an Ihren lokalen Kundenservice wenden.

Sichern Sie Ihre Daten

Um Datenverluste zu vermeiden, sollten Sie einen PDF-Bericht Ihrer Vergangenheitsdaten erstellen und speichern, bevor Sie zwischen der Android- und der iOS-App-Version wechseln. Dies hilft Ihnen und Ihrem Diabetes-Team, einen klaren Überblick über Ihre Einstellungen, wie Bolusrechner-Einstellungen, Insulin-Tagesgesamtdosis und persönliches Glukoseziel, zu behalten. Verwenden Sie den erstellten PDF-Bericht zur Einrichtung der CamAPS FX App auf Ihrem neuen Smartphone.

Neulernen des Algorithmus

Sie können sich für iPhones und Android-Smartphones mit demselben CamAPS FX Konto anmelden. Bei einem Wechsel zwischen Android und iOS muss der CamAPS FX Algorithmus Ihren individuellen Insulinbedarf und die Muster in Ihren Daten jedoch neu erlernen. Es kann einige Tage dauern, bis die Insulinabgabe wieder vollständig an Ihre Bedürfnisse angepasst ist.

Löschen Sie die YpsoPump in den Bluetooth®-Einstellungen Ihres Android-Smartphones, bevor Sie die CamAPS FX App auf Ihrem iPhone (oder umgekehrt) einrichten. Löschen Sie die CamAPS FX App von Ihrem alten Smartphone.



Alarm-Einstellungen

- "Dringliche Mitteilungen": müssen für die CamAPS FX App aktiviert sein, um sicherzustellen, dass Alarm- und Warnmeldungen empfangen werden
  Einstellungen ➜ Mitteilungen ➜ CamAPS FX ➜ Dringliche Mitteilungen
- Stumm-Modus: Mit der Seitentaste werden ALLE Alarme, ausschließlich "Niedriger Wert (dringend)", stummgeschaltet.
- Fokusmodus/Nicht stören: Hiermit werden ALLE Alarme, ausschließlich "Niedriger Wert (dringend)", stummgeschaltet, es sei denn, die CamAPS FX App wird davon ausgenommen.
- Wenn keine persönlichen Alarm-Einstellungen eingegeben werden, wendet die App automatisch Standardwerte für alle Alarme und das persönliche Glukoseziel an.

App-Updates

- Automatische iOS- und App-Updates: Diese können dazu führen, dass die App nicht funktioniert, bis das iPhone entsperrt und/oder die App erneut geöffnet wird.
- Schalten Sie automatische iOS-Updates aus:
  Einstellungen ➜ Allgemein ➜ Softwareupdate ➜ Automatic Updates
- Schalten Sie automatische App-Updates aus:
  Einstellungen ➜ Apps ➜ App Store ➜ App-Updates
  Hinweis: Hiermit werden automatische Updates für alle Apps deaktiviert, nicht nur für CamAPS FX.
- Sie können die Verfügbarkeit von App-Updates in der App Store-App überprüfen und die Aktualisierung Ihrer Apps manuell starten.

Startbildschirm
iPhone



Disclaimer: Die Produktbilder dienen nur zur Veranschaulichung. // mylife, myLoop und YpsoPump sind registrierte Handelsmarken von mylife Diabetes Care AG oder ihren Tochtergesellschaften. // CamAPS ist eine eingetragene Marke von CamDiab Ltd. // Dexcom und Dexcom G7 sind registrierte Handelsmarken von Dexcom, Inc. in den Vereinigten Staaten und/oder anderen Ländern. // Das Sensorgehäuse, FreeStyle, Libre und verwandte Warenzeichen sind Marken von Abbott. // iPhone und Apple sind Marken der Apple Inc. und in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern und Regionen registriert. // Die Bluetooth®-Wortmarke und die Bluetooth®-Logos sind registrierte Handelsmarken der Bluetooth SIG, Inc. und jeder Gebrauch dieser Marken durch die mylife Diabetes Care AG oder ihre Tochtergesellschaften ist unter Lizenz. // Andere Handelsmarken und Handelsnamen sind das Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

Sicherheitsinformationen zu den genannten Produkten finden Sie in der Gebrauchsanweisung oder unter www.mylife-diabetescare.de/sicherheit oder www.mylife-diabetescare.at/sicherheit.

10439646-DE-AT-de/V04

mylife DiabetesCare

mylife Diabetes Care GmbH • Höchster Straße 70 • 65835 Liederbach • www.mylife-diabetescare.de
mylife Diabetes Care GmbH • Am Euro Platz 2 • 1120 Wien • www.mylife-diabetescare.at