Reise med mylife CamAPS FX

Merk: Snakk med diabetesteamet ditt om alle anbefalingene.

Det er lett å dra på ferie eller reise med mylife CamAPS FX!

- Ta med mer enn nok utstyr (insulinampuller, reserve langtidsvirkende og injeksjonspenner for hurtigvirkende insulin, infusjonssett, reservoarer, batterier, glukose og ketonteststrimler osv.). Ikke glem telefonladeren din og strømadapter.
- Be diabetesteamet ditt om et bekreftelse i forbindelse med sikkerhetskontrollen på flyplassen.
- Vurder å bruke "Ease-off" og/eller å stille inn et høyere personlig glukosemål for å redusere risikoen for lave glukoseverdier (føling) de første dagene på ferie og/eller hvis du kommer til å være mer aktiv enn vanlig, eller er i et varmere klima.
- Vurder å bruke "Boost" og/eller redusere det personlige glukosemålet ditt litt midlertidig for å kontrollere høye glukoseverdier uten å øke risikoen for følinger hvis glukoseverdiene dine er høyere enn vanlig mens du er på ferie eller ute og reiser.

More freedom. More confidence. With mylife.

YPSOMED SELFCARE SOLUTIONS

Flyreiser med mylife CamAPS FX

- mylife CamAPS FX appen kommuniserer med sensoren og mylife YpsoPump via Bluetooth®.
- Noen flyselskaper kommer til å be deg om å sette telefonen din i “flymodus” under take-off og landing, noe som kan blokkere Bluetooth®-kommunikasjonen i noen telefoner.
- Hvis Bluetooth® blokkeres, kommer algoritmen til å fortsette å tilføre insulin i omkring 30 minutter før pumpens forhåndsinnstilte basaldose tar over.
- Så fort det er trygt, bør “flymodus” slås av slik at mylife CamAPS FX appen kan fortsette å få glukosedata og la “Auto mode” justere insulintilførselen i henhold til dette.
- Koble pumpens infusjonssett fra kanylen ved take-off og landing. Ikke glem å koble det på igjen under flyturen og etter landing.

Endre tidssone

- Hvis smarttelefonen er innstilt med automatiske oppdateringer av tidssoner, oppdateres mylife CamAPS FX appen og mylife YpsoPump også automatisk, så det er ikke nødvendig å endre klokkeslettet manuelt i appen eller på insulinpumpen.

Merk: Snakk med diabetesteamet ditt om alle anbefalingene.

Ansvarsforhold: Produktbildene er kun til illustrasjonsformål. // mylife og YpsoPump er registrerte varemerker for Ypsomed AG. // CamAPS er et registrert varemerke for CamDiab Ltd. // Dexcom og Dexcom G6 er registrerte varemerker for Dexcom, Inc. i USA og/eller andre land. // Sensorkabinettet, FreeStyle, Libre og tilknyttede varemerker er varemerker for Abbott. // Bluetooth®-merket og logoene er registrerte varemerker for Bluetooth SIG, Inc., og enhver bruk av slike merker av Ypsomed er under lisens. // Andre varemerker og varenavn tilhører sine respektive eiere.

For sikkerhetsinformasjon om de nevnte produkter, se brukerveiledning eller www.mylife-diabetescare.no/sikkerhet

10371279-NO-no/V01

Ypsomed AS // Papirbredden // Grønland 58 // 3045 Drammen //
info@ypsomed.no // www.mylife-diabetescare.no // +47 22 20 93 00 // Brukerstøtte: 800 74 750

YPU_FAS_CamAPS_travelling_NO-no.indd 2 06.02.2024 08:59:06