



YpsoPump® Présentation des icônes

Aides à la navigation

| | |
|--|------------------------------|
| | Annuler |
| | Confirmer |
| | Avancer pour déverrouiller |
| | Avancer |
| | Remonter le menu d'un niveau |
| | Reculer d'une étape |

Icônes générales

| | |
|--|---|
| | Avertissement |
| | Alarme |
| | Signal sonore |
| | Signal de vibration |
| | Niveau de charge de la pile |
| | Pile retirée |
| | Retirer la pile |
| | Retour du piston en cours |
| | Purge de la tubulure en cours |
| | Purge de la canule en cours |
| | Déconnecter le dispositif de perfusion de votre corps |
| | Prêt pour couplage Bluetooth® |
| | Couplage Bluetooth® en cours |
| | Appuyer sur le bouton de commande pendant 2 secondes |
| | Quantité totale d'insuline par jour (basal et bolus) |

Icônes du menu principal et des sous-menus

| | |
|--|---|
| | Bolus |
| | Bolus standard |
| | Bolus prolongé |
| | Bolus mixte |
| | Débits basaux |
| | Profil de débit basal A |
| | Profil de débit basal B |
| | Passer au profil de débit basal A |
| | Passer au profil de débit basal B |
| | Fonction de débit basal temporaire |
| | Fonction de débit basal temporaire activée/annuler |
| | Remplacement de la cartouche et niveau actuel de la cartouche |
| | Retour du piston |
| | Purger le dispositif de perfusion |
| | Purger la tubulure |
| | Purger la canule |
| | Historiques |
| | Historique de traitement |

| | |
|--|---|
| | Historique des alarmes |
| | Mode administration/passer au mode suspension |
| | Mode suspension/passer au mode administration |
| | Paramètres |
| | Heure |
| | Date |
| | Régler l'incrément de bolus |
| | Régler la limite de bolus |
| | Régler la limite de débit basal |
| | Bolus direct actif/désactiver |
| | Bolus direct inactif/activer |
| | Verrouillage de l'accès actif/désactiver |
| | Verrouillage de l'accès inactif/activer |
| | Rotation de l'écran |
| | Bluetooth® actif/désactiver |
| | Bluetooth® inactif/activer |
| | Couplage Bluetooth® |

Icônes d'alarme

| | |
|--|--|
| | Pas de pile |
| | Pile déchargée |
| | Pile inadaptée |
| | Charger la batterie interne rechargeable |
| | Occlusion |
| | Pas d'insuline |
| | Cartouche vide |
| | Arrêt automatique |
| | Erreur électronique |

Icônes d'avertissement

| | |
|--|--|
| | Niveau de cartouche faible |
| | Niveau de charge de la pile faible |
| | Retour incomplet du piston |
| | Purge inachevée |
| | Bolus annulé |
| | Fonction de débit basal temporaire terminée ou annulée |
| | Pompe à insuline en mode suspension |
| | Échec de la connexion Bluetooth® |

Lire le guide de l'utilisateur



Cette présentation des icônes n'est valable que pour l'article YpsoPump® suivant: RÉF. 700013408.

Vous trouverez le numéro de référence de votre YpsoPump® sur l'appareil lui-même et sur l'étiquette de votre Starter Kit.

Clause de non-responsabilité: La marque et les logos Bluetooth® sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc., et leur utilisation par Ypsomed AG est soumise à licence. Les autres marques déposées et noms commerciaux sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.